


ZnS-Scheibenvorsatz PS 11/D AF2
 ZnS window adapter PS 11/D AF2
 nr./no. 561488




PK Pyrometer

Die wirksame Transmission hängt von der Wellenlänge des verwendeten Pyrometers ab und die zur korrekten Messung einzustellende Korrektur des Emissionsgrades ist aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen!

The effective transmission depends on the wavelength used by the pyrometer and the correction of the emissivity to be set for the correct measurement can be found in the operating instructions!

ZnS-Fenster Multispektral optische Transmission d=3mm



Pmax. = 0,5 bar
Pmin. = -0,5 bar





Gewicht: 0.084 Kg

Weight: 0.084 Kg


Werkstoff: 1.4305

Material: 1.4305

Seite 1 von 2
 Page 1 of 2



Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille und Handschuhe tragen !
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.



Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause injury and damage to the product lead and are not permitted for safety certification (CE).



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi